



Hospital Municipal de Major Vieira
- Hospital São Lucas -

CNPJ, 79 376.760/0001-58

Praça Ercília Gadotti, n.º 1333, Major Vieira/SC – Telefone (47) 36551113

Major Vieira (SC), 26 de junho de 2018

À

Prefeitura de Major Vieira.

Parecer de análise dos recursos e contra-recursos

Referente ao Item 11 – Ventilador Pulmonar.

A empresa Magnamed apresenta como primeiro ponto a ser analisado, a falta de monitoração de pressão de oclusão no equipamento apresentado pela MCA. Em sua defesa a empresa MCA apresentou o cumprimento deste requisito, não havendo nada contra.

Posteriormente a empresa Magnamed apresentou para análise a informação que o equipamento da empresa MCA não suporta a pressão dos gases entre 250 e 600 Kpa. Em sua defesa a empresa MCA apresentou o cumprimento deste requisito, não havendo nada contra.

Num terceiro ponto a empresa Magnamed apresentou que a empresa MCA ofertou produto com “Célula Galvânica” para medição do percentual de O₂. Em sua defesa a empresa MCA apresenta como defesa a proposta da empresa Magnamed, que também ofertou o mesmo tipo de célula. Para o hospital o importante é que se meça o percentual de O₂, seja por célula galvânica ou paramagnética.

Em sequência a empresa MCA apresenta argumentos para desclassificação da empresa Magnamed. Segundo a empresa MCA a empresa Magnamed ofertou produto sem Alarmes de Baixa e Alta Pressão Inspiratória. Entendemos que os alarmes de pressão apresentados pelo equipamento da Magnamed devem fazer também alarmes de alta e baixa pressão inspiratória. Dessa maneira entendemos que o produto da empresa Magnamed atendeu ao solicitado.

Também a empresa MCA apresentou provas de que o produto apresentado pela Magnamed possuiu apenas sensores de fluxo distal, ficando em discordância com o edital. Analisamos o manual do equipamento em questão e verificamos que a informação procede, o produto da Magnamed não possui sensor de fluxo proximal. Porém assim como nas células galvânicas e paramagnéticas, os sensores de fluxo podem ser tanto distal ou proximal, para o hospital o importante é que se meça o fluxo, independente do tipo de sensor.

Diante do exposto, o hospital decide por manter o resultado da licitação, prevalecendo a empresa MCA como vencedora do item, por apresentar produto em conformidade com as necessidades do hospital e de valor mais baixo.



Hospital Municipal de Major Vieira

- Hospital São Lucas -

CNPJ, 79 376.760/0001-58

Praça Ercília Gadotti, n° 1333, Major Vieira/SC – Telefone (47) 36551113

Referente ao Item 20 – Cardioversor.

A empresa Instramed apresentou sua defesa alegando que o produto ofertado por ela apresenta congelamento de traçado, motivo pelo qual a mesma fora desclassificada. Em pesquisa ao manual do produto perante a ANVISA, descobrimos:



Congela: Possibilita congelar os sinais gráficos da tela para um exame mais detalhado.

Sendo assim este Hospital decide por classificar o equipamento da Instramed novamente, observando que o mesmo atende as necessidades do hospital.

Joci Mari de Oliveira da Silveira
Superintendente
Hospital Municipal de Major Vieira

Dr. Juliano Brasil
Diretor Técnico CRM 12860