



Hospital Municipal de Major Vieira - Hospital São Lucas -

CNPJ, 79 376.760/0001-58

Praça Ercília Gadotti, n.º 1333, Major Vieira/SC – Telefone (47) 36551113

Major Vieira (SC), 09 de julho de 2018

À
Prefeitura de Major Vieira.

PARECER TÉCNICO RECURSO FOCO CIRÚRGICO

Ref.: Pregão Presencial nº 003/2018

Fora apresentado recurso da empresa KSS contra a classificação da empresa SALK referente ao seguinte aspecto:

A empresa KSS apresenta que o produto ofertado pela empresa SALK apresenta ventoinhas para dissipação de calor, e comprova tal alegação com informação direta da empresa Sismatec.

Queremos informar que a CCIH do Hospital solicitou a exclusão de ventoinhas para dissipação de calor, justamente pois com o passar do tempo há um acúmulo de poeira entre outros nas pás da ventoinha, e quando acionada, a mesma projeta essa poeira no ambiente do Centro Cirúrgico, podendo causar riscos de infecção hospitalar aos pacientes.

Sendo assim concordamos com o recurso da empresa KSS, desclassificando a empresa SALK e mantendo a empresa KSS como vencedora do item Foco Cirúrgico de Teto.

Além do fato técnico salientamos que a empresa SALK ofertou também produto que não pode ser comercializado perante a Vigilância Sanitária Federal (ANVISA). A mesma apresentou documento de registro do foco cirúrgico “Vigente” na sessão pública, porém este documento não procede. Em análise aos registros e manuais registrados perante a ANVISA descobrimos que o equipamento ofertado pela empresa SALK está impedido de ser comercializado pela ANVISA desde o dia 07/05/2018, conforme apresentamos em anexo.

Estamos entendendo que a empresa SALK tentou ludibriar a equipe técnica fazendo com que a mesma viesse a cometer um erro gravíssimo ao comprar um produto que não pode ser mais comercializado pela ANVISA, o que poderia trazer enormes prejuízos ao Município. Sendo assim solicitamos que o jurídico da Prefeitura tome as atitudes legais contra a empresa que apresentou registro do produto diferente do registro real do equipamento no dia da sessão do pregão, induzindo a análise técnica ao erro premeditado.

Sem mais, é o Parecer.

Joci Mari de Oliveira da Silveira
Superintendente
Hospital Municipal de Major Vieira

Dr. Juliano Brasil
Diretor Técnico CRM 12860

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ	78.380.987/0001-04	Autorização	1.02.502-6
Produto	FOCO CIRÚRGICO MULTIFUNCIONAL		

Modelo Produto Médico

FOCO CIRÚRGICO PAREDE

FOCO CIRÚRGICO PAREDE LED

FOCO CIRÚRGICO TETO DUPLEX

FOCO CIRÚRGICO TETO LED DUPLEX

FOCO CIRÚRGICO TETO LED SIMPLEX

FOCO CIRÚRGICO TETO LED TRIPLEX

FOCO CIRÚRGICO TETO SIMPLEX

FOCO CIRÚRGICO TETO TRIPLEX

Nome Técnico	Foco Cirurgico
Registro	10250269006
Situação	Cancelado saude.em 07/05/2018
Processo	25351.497820/2009-86
Origem do Produto	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: SISMATEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Data de Publicação	30/11/2009

Voltar