



**RESPOSTA ESCLARECIMENTO A EMPRESA LOTUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EDITAL RETIFICADO**

**Ref. Processo Licitatório Nº 002/2021 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial Nº 002/2021 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1. DAS PRELIMINARES

A empresa LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, apresentou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital de Pregão Presencial nº 002/2021 - RETIFICADO, em face do acessório "Nobreak senoidal compatível com equipamento de Raio-x". A referida empresa apresentou pedido de esclarecimento conforme disposto:

"O Nobreak senoidal compatível com o equipamento de raios-x, será utilizado para o sistema de digitalização? A forma como está descrita, não está clara, porque dá margem a uma interpretação que deveria suportar o aparelho de raios-x, e não somente o sistema de digitalização do aparelho. Portanto, gostaríamos de esclarecer se estamos corretos quanto ao entendimento do uso do Nobreak. Caso não esteja correto o nosso entendimento, favor considerar que um nobreak para atender um equipamento do porte do raios-x, possui um custo muito elevado, inviabilizando o valor estimado para esta compra, podendo levar ao fracasso desta licitação.


2. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

Quanto ao mérito, consultado o setor/órgão que requereu a realização do certame e, portanto, que por sua vez esclareceu que o Nobreak Senoidal compatível com o equipamento de Raio-X solicitado é para uso tanto do equipamento quanto do sistema de digitalização.

3. CONCLUSÃO

Tendo em vista a manifestação técnica, fica esclarecido que os Nobreaks solicitadas são para o uso de todo o equipamento, uma vez que, em análise aos orçamentos apresentados pelo órgão solicitante, descreve no mesmo a aquisição de Nobreaks compatíveis com todo o equipamento.

Atenciosamente,



Vilson Marcos Fernandes

Pregoeiro

RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2021

De: Tania (hospitalsaolucas@newage.com.br)

Para: licitacao.majorvieira@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 31 de março de 2021 11:07 BRT

Bom dia!

Em atenção à solicitação da empresa Lotus, todo o sistema tanto de Raio X quanto de digitalização e também a impressora Dry deverão ter nobreak senoidal compatível com os equipamentos. O sistema completo deverá ter nobreak.

Att

Célia Regina Souza

Tecnóloga em RX

Hospital Municipal de Major Vieira

De: Licitações Major vieira [mailto:licitacao.majorvieira@yahoo.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 31 de março de 2021 10:26

Para: Hospitalsaolucas

Assunto: Fw: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2021

Bom Dia.

Segue em anexo solicitação de Esclarecimento em razão do uso do Nobreak.

Aguardamos resposta para o mesmo.

Setor de Licitações

Prefeitura Municipal Major Vieira/SC

Travessa Otacílio Florentino de Souza, 210, Centro Major Vieira - SC

Fone (47) 3655-1111