



# Hospital Municipal de Major Vieira

Diretor Técnico Dr Juliano Brasil – CREMESC 12860

CNPJ, 79.376.760/0001-58

Praça Ercília Gadotti, n° 1333, Major Vieira/SC – Telefone (47) 36551113

Major Vieira, 05 de agosto de 2022

Ao Setor de Licitações  
Prefeitura Municipal  
Major Vieira – SC

Prezados,

Conforme necessidade de parecer técnico para o Processo Licitatório referente a aquisição do aparelho de anestesia, seguem abaixo relatório de avaliação das propostas analisadas:

### EMPRESA MCA LTDA:

1 - Descreveu: Sensibilidade para fluxo de 2 a 30 lts/min

R - Não condiz com edital que pede: sensibilidade ao fluxo de no mínimo 0,2L ou 53963 menor a 10L ou maior)

2 - Descreveu: Sensibilidade de pressão de -1 a -20 cm H<sup>2</sup>O

R - Não condiz com edital que diz: Deve permitir ajustes de limite de pressão de 10 cm H<sup>2</sup>O a 70 cm H<sup>2</sup>O ou maior)

3 - Anexou foto de loop de espirometria;

R - Não especifica nada no manual do equipamento sobre o gráfico de espirometria por escrito, com todas as informações necessárias. Além de que não é módulo opcional, é um gráfico que deve fazer parte do monitor.

Atenciosamente,

Joci Mari de Oliveira da Silveira  
Superintendente

**Joci Mari O. Silveira**  
Superintendente  
Hospital M. de Major Vieira

Dr Ricardo de Oliveira Dreweck  
Diretor Clínico

HOSPITAL MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

**DR. RICARDO DE O. DREWECK**  
Posto de Serviço - Major Vieira  
Médico - Anestesiologista  
CREMESC 10527